



СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ «ДР ВАСА САВИЋ»
23000 Зрењанин, Петефијева 4
Тел: (023) 534-368, Тел/Факс: (023) 561-115
ПИБ: 101161066 Матични број: 08671923
Регистарски број: 8215085468
Жиро рачун: 840-471661-84 E-mail: office@plucna.co.rs

Број: 448/8

Дана: 25.06.2020.године

На основу члана 63. став 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) јавну набавку број 1.1.4-20 Санитетски материјал 2.део сачинила је:

ПРЕДМЕТ: Измене и допуне конкурсне документације за ЈНМВ 1.1.4-20 Санитетски материјал 2.део по позиву број 448/7

У Конкурсној документацији

1. У делу техничких спецификација на страни 41 за партију 31 Антибактеријски филтери у делу техничке карактеристике мења се и гласи:

Техничке

карактеристике:

Отпор 60 Pa/l/s @ 12l/s

Дијаметар 100 мм

Дужина 75 мм

Дијаметар стране која се поставља на апарат 30 мм

Облик стране ка пацијенту: елиптичан (прилагођен облику усана)

Ефикасност филтрирања бактерија 99,9999%

Ефикасност филтрирања вируса 99,9999%

Комисија за јавне набавке

Одлуку објавити:

Портал јавних набавки – www.portal.ujn.gov.rs

Интернет страници Наручиоца – www.plucna.co.rs

Партија 31 Антибактеријски филтери

Ред.бр.	НАЗИВ	Количина	Јединица мере	Јединична цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена са ПДВ-ом
1	Антибактеријски филтери за спирометар	1800	КОМ					
	УКУПНО:							

Техничке
карактеристике:

Отпор 60 Pa/l/s @ 12l/s
 Дијаметар 100 мм
 Дужина 75 мм
 Дијаметар стране која се поставља на апарат 30 мм
 Облик стране ка пацијенту: елиптичан (прилагођен облику усана)
 Ефикасност филтрирања бактерија 99,9999%
 Ефикасност филтрирања вируса 99,9999%

ПОНУЂАЧ:

 (Име и презиме овлашћеног лица)

М.П

 (Потпис овлашћеног лица)