



СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ «ДР ВАСА САВИЋ»  
23000 Зрењанин, Петефијева 4  
Тел: (023) 534-368, Тел/Факс: (023) 561-115  
ПИБ: 101161066 Матични број: 08671923  
Регистарски број: 8215085468  
Жиро рачун: 840-471661-84 E-mail: [office@plucna.co.rs](mailto:office@plucna.co.rs)

Број: 1.2.3-19/13

Дана: 23.09.2019. године

На основу члана 63. Став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку сачинила је:

### **ПРЕМЕТ: Одговор на питање понуђача**

Потенцијални понуђач је дана 20.09.2019. године, путем е-маила упутио комисији за јавну набавку број 1.2.3-19 Текуће поправке и одржавање медицинске опреме, по позиву број 1.2.3-19/7, захтев за појашњење конкурсне документације.

### **ПИТАЊЕ 1 :**

Наиме, како вашом конкурсном документацијом за партију 20- Парни стерилизатор Аутоклав Tuttnauer, нисте предвидели достављање ауторизације произвођача за учествовање у предметном поступку, да ли је за вас као Наручиоца, прихватљиво да захтевате достављање ауторизације произвођача за учествовање у предметном поступку, како би били сигурни да једино овлашћени сервис произвођача на територији Републике Србије може испунити тендерске услове.

### **ОДГОВОР 1:**

У конкурсној документацији на страни 10 тачка 2. **Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке** у тачки 1 стоји текст:

**„ 1. Право на учешће у поступку јавне набавке за партије 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 има понуђач који је овлашћени сервисер за опрему која је предмет јавне набавке „**

Такође у конкурсној документацији на страни 11 у делу Упутство како се доказује испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке у 2 ставу стоји текст:

**„Испуњеност додатног услова под тачком 1) понуђач доказује достављањем ауторизације (потврде) произвођача опреме да је понуђач овлашћен за сервисирање опреме која је предмет јавне набавке.“**

Из горе наведеног текста можете видети да је конкурсном документацијом предвиђено достављање ауторизације произвођача опреме.

### **ПИТАЊЕ 2:**

Молимо вас да нам одговорите да ли је за вас као наручиоца прихватљиво да за партију 20 – Парни стерилизатор Аутоклав Tuttnauer, гаранцију за резервне делове измените на 3 месеца или пренесену произвођачку гаранцију?

**ОДГОВОР 2:**

Није прихватљиво да гаранција за уграђене резервне делове и извршене услуге буде краћа од 6 месеци.

**ПИТАЊЕ 3:**

Молимо вас да за партију 20 – Парни стерилизатор Аутоклав Tuttnauer, наведете модел стерилизатора, како бисмо поднели исправну понуду.

**ОДГОВОР 3:**

Извињавамо се на грешци.

Партија 20 Парни стерилизатор Аутоклав Tuttnauer модел 3870 ELV 85 lit.

Табела понуде је измењена и објављена у документу 2. Измене и допуне конкурсне документације број 1.2.3-19/14 од 23.09.2019. године и објављене на Портал јавних набавки – [www.portal.ujn.gov.rs](http://www.portal.ujn.gov.rs) и Интернет страници Наручиоца [www.plusna.co.rs](http://www.plusna.co.rs).

**Члан комисије**



*Jelena Jelić*