



СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ «ДР ВАСА САВИЋ»
23000 Зрењанин, Петефијева 4
Тел: (023) 534-368, Тел/Факс: (023) 561-115
ПИБ: 101161066 Матични број: 08671923
Регистарски број: 8215085468
Жиро рачун: 840-471661-84 Е-mail: office@plucna.co.rs

Број: 1.1.9-17/8

Датум: 12.05.2017. године

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку флуороскопско-радиографски систем са светлосним појачивачем слике број 1.1.9-17 сачинила је:

ПРЕМЕТ: Одговор на постављена питања понуђача

1. Један од потенцијалних понуђача је дана 09.05.2017. године упутио Комисији за јавну набавку добара - флуороскопско-радиографски систем са светлосним појачивачем слике број 1.1.9-17, по позиву број 1.1.9-17/4 захтев за појашњење конкурсне документације:

Питање 1)

Наручилац је захтеваним техничким карактеристикама поставио захтев “нагиб стола (тилт) : минимално +89-89”.

Да ли је за наручиоца прихватљиво да се наведени захтев, у циљу проширења конкуренције потенцијалних понуђача измени тако да гласи "нагиб стола (тилт) : минимално +89° / -30°”?

ОДГОВОР:

На постављено питање потенцијалним понуђачима наручилац је већ одговорио И исти објавио на Порталу Управе за јавне набавке 03.05.2017. Могућност симетричног нагињања пацијент стола за +/- 90° на обе стране повећава флексибилност и употребљивост система независно од стране приступа пацијенту и конфигурације просторије. Наручилац није спреман прихватити предлог потенцијалног понуђача, јер је конкурсну документацију дефинисао спрам својих потреба.

ПИТАЊЕ 2)

Наручилац је захтеваним техничким карактеристикама поставио захтев “Лонгитудинално електро моторно померање склопа цеви и уређаја за снимање мин 105 cm”.

Да ли је за наручиоца прихватљиво да се наведени захтев, у циљу проширења конкуренције потенцијалних понуђача измени тако да гласи

“Лонгитудинално електро моторно померање склопа цеви и уређаја за снимање минимално 90 cm”?

ОДГОВОР:

Траженом карактеристиком постиже се већа флексибилност и клиничка употребљивост апатара. Електро моторним померање склопа цеви и уређаја за снимање постиже се далеко већа могућност снимања пацијената како у лежећем, тако и у стојећем положају, као и лакша манипулација самим уређајем и далеко једноставније позиционирање пацијената.

По сазнањима наручиоца поменута функционалност никако не представља дискриминаторски услов за потенцијалне понуђаче, јер је највечи број светских произвођача поседује.

Наручилац није спреман прихватити предлог потенцијалног понуђача, јер је конкурсну документацију дефинисао спрам својих потреба.

ПИТАЊЕ 3)

Наручилац је захтеваним техничким карактеристикама поставио захтев “Укупно латерално померање плоче стола минимално 30 cm”.

Да ли је за наручиоца прихватљиво да се наведени захтев, у циљу проширења конкуренције потенцијалних понуђача измени тако да гласи

“Укупно латерално померање плоче стола минимално 22cm”?

ОДГОВОР:

Латералним померањем стола постиже се лакша манипулација самим уређајем и далеко једноставније позиционирање пацијената. Траженом карактеристиком постиже се већа флексибилност и клиничка употребљивост апатара. Латералним померањем плоче од 30cm, омогућава се једноставније пребацивање тешко покретних пацијената са колица и покретних кревета на пацијент сто, као и далеко лакше позиционирање уређаја.

Наручилац као Специјална плућна болница свакодневно се бави збрињавањем и лечењем управо таквих пацијената и поменута функционалност је неопходна.

По сазнањима наручиоца поменута функционалност никако не представља дискриминаторски услов за потенцијалне понуђаче, јер је највећи број светских произвођача поседује.

Наручилац није спреман прихватити предлог потенцијалног понуђача, јер је конкурсну документацију дефинисао спрам својих потреба.

ПИТАЊЕ 4)

Наручилац је захтеваним техничким карактеристикама поставио захтев “Ширина плоче стола минимално 70 cm”.

Да ли је за наручиоца прихватљиво да се наведени захтев, у циљу проширења конкуренције потенцијалних понуђача измени тако да гласи “Ширина плоче стола минимално 65 cm”?

ОДГОВОР:

Пацијен сто ширине 70 cm је минимум који задовољава потребе наручиоца. Траженом карактеристиком постиже се већа флексибилност и клиничка употребљивост апатара. По сазнањима наручиоца поменута функционалност никако не представља дискриминаторски услов за потенцијалне понуђаче, јер највећи број светских произвођача поседује далеко шире пацијент плоче. Наручилац није спреман прихватити предлог потенцијалног понуђача, јер је конкурсну документацију дефинисао спрам својих потреба.

ПИТАЊЕ 5)

Наручилац је захтеваним техничким карактеристикама поставио захтев “Максимална тежина пацијента минимално 180 кг”.

Да ли је за наручиоца прихватљиво да се наведени захтев, у циљу проширења конкуренције потенцијалних понуђача измени тако да гласи “Максимална тежина пацијента минимално 150 кг”?

ОДГОВОР:

Носивост пацијен стола је од круцијалне важности за несметани рад РТГ одељења

Специјалне плућне болнице Зрењанин. Пацијенти са телесном масом већом од 160 кг никако нису реткост. Свакодневно се бавимо збруњавањем и лечењем управо таквих пацијената и поменута функционалност је неопходна. По сазнањима наручиоца поменута функционалност никако не представља дискриминаторски услов за потенцијалне понуђаче, јер је највећи број светских произвођача поседује.

Наручилац није спреман прихватити предлог потенцијалног понуђача, јер је конкурсну документацију дефинисао спрам својих потреба.

ПИТАЊЕ 6)

Наручилац је захтеваним техничким карактеристикама поставио захтев “Распон високог напона за флуороскопију минимум 40kV-125kV ”.

Да ли је за наручиоца прихватљиво да се наведени захтев, у циљу проширења конкуренције потенцијалних понуђача измени тако да гласи

“Распон високог напона за флуороскопију минимум 50kV-125kV ”?

ОДГОВОР:

Како је распон високог напона за флуороскопију у директној вези са клиничком употребљивошћу апарата и квалитетом добијене слике и како се ради о стандардним параметрима које остварују уређаји великог броја произвођача наручилац не прихвата снижавање квалитета захтеваног уређаја. По сазнањима наручиоца поменута функционалност никако не представља дискриминаторски услов за потенцијалне понуђаче, јер је највећи број светских произвођача поседује.

Наручилац није спреман прихватити предлог потенцијалног понуђача, јер је конкурсну документацију дефинисао спрам својих потреба.

ПИТАЊЕ 7)

Наручилац је захтеваним техничким карактеристикама поставио захтев “Минимални опсег струје за флуороскопију: 0,5mA-10mA ”.

Да ли је за наручиоца прихватљиво да се наведени захтев, у циљу проширења конкуренције потенцијалних понуђача измени тако да гласи

“Минимални опсег струје за флуороскопију: 0,5mA-4mA ”?.

ОДГОВОР:

Како је јачина струје за флуороскопију у директној вези са клиничком употребљивошћу апарата и квалитетом добијене слике наручилац не прихвата снижавање квалитета захтеваног уређаја те остаје при захтеву По сазнањима наручиоца поменута функционалност никако не представља дискриминаторски услов за потенцијалне понуђаче, јер је највећи број светских произвођача поседује.

ПИТАЊЕ 8)

Наручилац је захтеваним техничким карактеристикама поставио захтев “Дигитална серијска аквизиција минимално 1024x1024,12 бита,12 fps ”. Да ли је за наручиоца прихватљиво да се наведени захтев, у циљу проширења конкуренције потенцијалних понуђача измени тако да гласи “Дигитална серијска аквизиција минимално 1024ц1024,12 бита,7.5 fps ”?

ОДГОВОР:

Како је број fps у директној вези са квалитетом добијене слике и како се ради о параметрима које остварују квалитетни уређаји већег броја произвођача наручилац не прихвата снижавање квалитета захтеваног уређаја те остаје при захтеву. По сазнањима наручиоца поменута функционалност никако не представља дискриминаторски услов за потенцијалне понуђаче, јер је највећи број светских произвођача поседује.

