



СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ «ДР ВАСА САВИЋ»
23000 Зрењанин, Петефијева 4
Тел: (023) 534-368, Тел/Факс: (023) 561-115
ПИБ: 101161066 Матични број: 08671923
Регистарски број: 8215085468
Жиро рачун: 840-471661-84 Е-mail: office@plucna.co.rs

Број: 1.1.9-17

Датум: 03.05.2017. године

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку флуороскопско-радиографски систем са светлосним појачивачем слике број 1.1.9-17 сачинила је:

ПРЕМЕТ: Одговор на постављена питања понуђача

1. Један од потенцијалних понуђача је дана 28.04.2017. године упутио Комисији за јавну набавку добара - флуороскопско-радиографски систем са светлосним појачивачем слике број 1.1.9-17, по позиву број 1.1.9-17/4 захтев за појашњење конкурсне документације:

1) ПИТАЊЕ:

Вашом конкурсном документацијом сте дефинисали нагиб стола (тилт): Минимално +89-89.

Наш захтев односи се на доставу информације о димензијама просторије за инсталацију као и однос позиције предвиђеног радног места техничара и будућег рендгенског уређаја. Наиме, ако планирано позиционирање може обезбедити рад теледиригованог флуороскопског стола на начин да се пацијент позиционира усмерен а обе стране тада и само тада је потребна функционалност нагиба у опсегу +/-90° у свим осталим случајевима је више него довољан нагиб од приближно +90° и -30°. Такође све процедуре које обавља Ваша установа у потпуности задовољава предложени нагиб стола.

Предлог измене: „нагиб стола (тилт) : минимално +90° / -30°

ОДГВОР :

Планирана просторија за намену поменутог РТГ уређаја је димензија 550цм x 480 цм, (приближно 26.5 м2) и као таква апсолутно задовољава потребе наручиоца. Позиција радног места РТГ техничара је тачно преко пута планиране позиције теледиригованог пацијент стола. Овако конципирана позиција РТГ уређаја дозвољава кретање стола (тилт) од 90°. И на једну и на другу страну у односу на угао гледања РТГ техничара. Такође, могућност симетричног нагињања пацијент стола за +/- 90° на обе стране повећава флексибилност и употребљивост система независно од стране приступа пацијенту и конфигурације просторије.

Наручилац није спреман прихватити предлог потенцијалног понуђача, јер је конкурсну документацију дефинисао спрам својих потреба.

2) ПИТАЊЕ:

Вашом конкурсном документацијом предвидели сте: „Моторизовано вертикално померање мин. 20 cm,,

Молимо Вас да избаците предметни захтев из Ваше конкурсне документације јер нема никакву суштинску предност за снимање које Ваша установа врши. Сва снимања од интереса ћете обавити и са дигиталним флуороскопско-радиографским системом са светлосним појачивачем слике и без тражене карактеристике.

ОДГВОР :

Моторизованим вертикалним померањем стола постиже се лакша манипулација самим уређајем и далеко једноставније позиционирање пацијената. Спуштањем стола, омогућава се једноставније пребацавање тешко покретних пацијената са колица и покретних кревета на пацијент сто, као и лакше позиционирање уређаја.

Наручилац као Специјална плућна болница свакодневно се бави збрињавањем и лечењем управо таквих пацијената и поменута функционалност је неопходна.

По сазнањима наручиоца поменута функционалност никако не представља дискриминаторски услов за потенцијалне понуђаче, јер је највечи број светских произвођача поседује.

Наручилац није спреман прихватити предлог потенцијалног понуђача, јер је конкурсну документацију дефинисао спрам својих потреба.

