



СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ «ДР ВАСА САВИЋ»
23000 Зрењанин, Петефијева 4
Тел: (023) 534-368, Тел. Факс: (023) 561-115
ПИБ: 101161066 Матични број: 08671923
Регистарски број: 8215085468
Жиро рачун: 840-471661-84 E-mail: office@plucna.co.rs

Број: 1.1.13-18/8

Дана: 03.08.2018.године

На основу члана 63. став 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку велике вредности– термостат (инкубатор са хлађењем – микробиолошки) број 1.1.13-18 сачинила је:

ПРЕДМЕТ: Измене и допуне конкурсне документације за ЈНВВ 1.1.13-18 термостат (инкубатор са хлађењем – микробиолошки) по позиву број 1.1.13-18/4

У Конкурсној документацији

1. на страни 4 у делу

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Техничка спецификација мења се и гласи:

Миркобиолошки инкубатор са хлађењем		
Опис артикла	Јед. мере	Количина
<p>Термостат - инкубатор са хлађењем микробиолошки</p> <p>Инкубатор је намењен инкубирању засејаних микробиолошких подлога. Висока температурна стабилност са хлађењем.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Кућиште од нерђајућег челика високе класе • Мали потрошач електричне енергије, испод 1800 w • Оквирне димензије ŠxVxD: 650x820x520 mm (±5%) • Запремина око: 260 l. (±5%) • У комплекту са две полице од нерђајућег челика • Инкубатор поседује двоја врата, главна од нерђајућег челика, потпуно изолована и стакло за посматрање без отварања коморе и ремећења температуре • Електронска контрола прекорачења температуре у складу са DIN 12880 са искључивањем апарата • Температурни опсег од +14° до +45° C • Резолуција 0,1°C, температуру контролише Pt100 сензор • Поседује прилагодљив, мултифункционални, дигитални, PID микропроцесорски контролисани сигнал са високом резолуцијом – TFT екран у боји • Дигитално подешавање тајмера од 1 минуте до 99 дана • Параметри који се могу подешавати су: температура, брзина вентилатора, доток ваздуха, програмирано време, временске зоне... • Инкубатор је потребно испоручити са калибрационим сертификатом од стране метролошке лабораторије одобрене по ISO 17025 	комад	1


Понуђач ће испоруку добара која су предмет ове јавне набавке извршити једнократно у року који је навео у Документу 6 – Образац понуде, а који не може бити дужи од 60 календарских дана рачунајући од дана закључења уговора.

2) На страни 20 у делу

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ мења се и гласи:

Микробиолошки инкубатор са хлађењем	Опис артикла
	<p>Термостат - инкубатор са хлађењем микробиолошки</p> <p>Инкубатор је намењен инкубирању засејаних микробиолошких подлога. Висока температурна стабилност са хлађењем.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Кућиште од нерђајућег челика високе класе • Мали потрошач електричне енергије, испод 1800 w • Оквирне димензије ŠxVxD: 650x820x520 mm ($\pm 5\%$) • Запремина око: 260 l. ($\pm 5\%$) • У комплекту са две полице од нерђајућег челика • Инкубатор поседује двоја врата, главна од нерђајућег челика, потпуно изолована и стакло за посматрање без отварања коморе и ремећења температуре • Електронска контрола прекорачења температуре у складу са DIN 12880 са искључивањем апарата • Температурни опсег од +14° до +45° C • Резолуција 0,1°C, температуру контролише Pt100 сензор • Поседује прилагодљив, мултифункционални, дигитални, PID микропроцесорски контролисани сигнал са високом резолуцијом – TFT екран у боји • Дигитално подешавање тајмера од 1 минуте до 99 дана • Параметри који се могу подешавати су: температура, брзина вентилатора, доток ваздуха, програмирано време, временске зоне... • Инкубатор је потребно испоручити са калибрационим сертификатом од стране метролошке лабораторије одобрене по ISO 17025

Члан Комисије




Одлуку објавити:

Портал јавних набавки – www.portal.ujn.gov.rsИнтернет страници Наручиоца – www.plucna.co.rs