



СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ «ДР ВАСА САВИЋ»
23000 Зрењанин, Петефијева 4
Тел: (023) 534-368, Тел/Факс: (023) 561-115
ПИБ: 101161066 Матични број: 08671923
Регистарски број: 8215085468
Жиро рачун: 840-471661-84 Е-mail: office@plucna.co.rs

Број: 1.1.9-17/7-1-1

Даатум: 17.07.2017. године

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку – дигитални флуороскопско-радиографски систем са светлосним појачивачем слике број 1.1.9-17 сачинила је:

ПРЕДМЕТ: Одговор на питање понуђача

Потенцијални понуђач је дана 13.07.2017. године путем е-маила упутио Комисији за јавну набавку – дигитални флуороскопско-радиографски систем са светлосним појачивачем слике број 1.1.9-17, по позиву број 1.1.9-17/4-1, молбу за одговор на питање за техничку спецификацију у оквиру конкурсне документације.

ПИТАЊЕ:

„У делу Техничке карактеристике понуђеног добра дигитални флуороскопско-радиографски систем са светлосним појачивачем слике, под тачком 1.1 захтевали сте: „SID min. 97 cm“

Да ли је за наручиоца прихватљиво да промени овај захтев тако да гласи: „SID min. 95 cm“. Одступање од само 2% не представља никакву квалитативну разлику, а усвајањем овог захтева значајно ће се проширити конкуренција међу потенцијалним понуђачима.“

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Да прихватљив је захтев о промени у техничком спецификацији под тачком 1.1 „SID min. 97 cm“, тако да гласи: „SID min. 95 cm“

Члан Комисије



Одлуку објавити:

Портал јавних набавки – www.portal.ujn.gov.rs

Интернет страници Наручиоца – www.plucna.co.rs